

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas

Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas

Dispensa Eletrônica - 004/2026

## Resultado da Homologação

0001 - Compressor Odontológico - tipo isento de óleo, próprio para uso odontológico; capacidade mínima do reservatório de 50 litros; tensão elétrica 220 V monofásico; frequência 60 Hz; potência mínima do motor 1,5 HP; pressão de trabalho entre 6 e 8 bar; vazão

mínima igual ou superior a 100 L/min; nível de ruído máximo de 65 dB conforme normas técnicas; entregue pronto para uso com os seguintes acessórios obrigatórios: filtro regulador de pressão (FRL) odontológico, filtro separador de água, manômetro duplo para reservatório e saída, válvula de segurança, conector rápido padrão odontológico e mangueira odontológica com comprimento mínimo de 3 metros; atendimento às normas da ABNT aplicáveis; registro ou cadastro na ANVISA como equipamento para uso em saúde; garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação; fornecimento acompanhado de manual em português; disponibilidade de assistência técnica autorizada no Brasil. - PRIME AIR 50 - Valor Referência: 3.969,81

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	2.916,90	2.916,90	Homologado em 05/02/2026 10:56:48 Por: Luzimar de Moura Benfica

0002 - Eletrocardiógrafo para Telessaúde de Repouso - com 12 derivações simultâneas em 1, 3, 6 e 12 canais; resolução digital mínima de 1 µV/LSB; comunicação com computador via porta USB; taxa de amostragem digital mínima de 8.000 amostras por segundo; software com laudo interpretativo automático e relatório das medidas complexas de todas as derivações; identificação de arritmia, análise da variabilidade da pulsação cardíaca no intervalo RR, função ST Map para rápida análise do miocárdio ou isquemia; parâmetros de medidas obrigatórios: frequência cardíaca (FC), intervalos PR, QRS, QT/QTc, eixo P-R-T, SV1/RV5/R+S amplitude; relatório Beat Report com texto, guia, vetor e ST Map; ganho ajustável em 2,5, 5, 10, 20 mm/mV e automático; velocidades de registro em 5, 12,5, 25, 50 e 100 mm/s; entrada de dados para identificação completa do paciente incluindo nome, data de nascimento, idade, sexo, altura, peso, etnia, tabagismo, departamento, número do quarto, estudo, número de acesso e referência Unidade 1 médica; faixa de frequência cardíaca de 30 a 300 bpm; detecção de marcapasso, saturação de sinal e identificação de eletrodo solto por derivação; fonte de energia elétrica proveniente do computador; sistema com Worklist bidirecional permitindo importar lista de exames agendados do prontuário eletrônico, selecionar pacientes prescritos e exportar exames diretamente ao PACS no formato DICOM; software compatível com telemedicina e integração direta com servidor WEB; atendimento às normas da ABNT aplicáveis; registro ou cadastro obrigatório na ANVISA como equipamento médico para uso em saúde; garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação; fornecimento acompanhado de manual em português; disponibilidade de assistência técnica autorizada no Brasil. - CardioCare P1 - Valor Referência: 13.197,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7.105,00	7.105,00	Homologado em 05/02/2026 10:56:48 Por: Luzimar de Moura Benfica

Luzimar de Moura Benfica

Autoridade Competente

